

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
**Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ
MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của
Bệnh viện C Đà Nẵng**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 5332/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện C Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-BYT ngày 22/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022(đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BVC ngày 21/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt nguồn vốn để sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BVC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng ngày 11 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định kết quả đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng, với những nội dung sau:

1. Danh sách nhà thầu đề nghị trúng thầu:

ST T	Tên danh mục	Giá kế hoạch	Giá trúng thầu	Công ty trúng thầu
I	Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio	1.986.333.000	1.984.700.000	Công ty Cổ phần Đông Nam Á-Việt Nam

(Bảng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)
(phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Giá trên là giá trọn gói đã bao gồm thiết bị, phụ kiện kèm theo, phí ủy thác nhập khẩu, chi phí vận chuyển đến nơi lắp đặt, chạy thử, các loại thuế, phí theo luật định, vận hành, bảo hành thiết bị, hướng dẫn sử dụng,...

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Trưởng phòng Vật tư - BHYT Bệnh viện C Đà Nẵng được phép thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với các đơn vị trúng thầu có tên ở điều I trình Giám đốc phê duyệt theo đúng qui định hiện hành với một số điều khoản chính sau:

1. Giá dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện phải là giá trúng thầu và không được cao hơn giá đã được phê duyệt.

2. Giá trị hợp đồng là giá trọn gói đã bao gồm thiết bị, phụ kiện kèm theo, phí ủy thác nhập khẩu, chi phí vận chuyển đến nơi lắp đặt, chạy thử, các loại thuế, phí theo luật định, vận hành, bảo hành hướng dẫn sử dụng.

3. Nội dung sửa chữa và thay thế linh kiện phải đúng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

4. Tổ chức quản lý, cử cán bộ chuyên môn theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

5. Tổ chức nghiệm thu, thực hiện việc tạm ứng, thanh toán vốn sửa chữa thiết bị theo từng đợt và thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Trưởng Phòng: Vật tư BHYT, Tài chính Kế toán và các bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, VTTB;



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thiện

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BVC ngày 12 / 8 /2022 của Giám đốc bệnh viện)

STT	Tên mặt hàng	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền
	Gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Verio					
1	Coldhead RDE-412L4 (Đầu làm lạnh) Mã số phụ tùng: 11472997	Nhật Bản	Cái	01	985.800.000	985.800.000
2	Coldhead Temp Cable Adapter (Cáp chuyển đổi) Mã số phụ tùng: 11470298	Anh	Cái	01	47.800.000	47.800.000
3	APD Compressor Adsorber F70/HC-10 (Bộ lọc dầu) Mã số phụ tùng: 07461127	Mỹ	Cái	01	235.600.000	235.600.000
4	Tales-3T-C (Cảm biến truyền phát tín hiệu) Mã số phụ tùng: 10018247	Đức	Cái	01	273.000.000	273.000.000
5	Helium gross	Qatar	Lít	250	1.770.000	442.500.000
	Tổng cộng					1.984.700.000

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn).

