

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Vật tư tiêu hao Y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
KS. Đặng Hữu Quý, SĐT: 0905 188 219; Email: vattubvc@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại phòng Văn thư-Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ mail: vattubvc@gmail.com nhận file mềm và bản scan.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 8h00phút ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h30phút ngày 13 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm **phụ lục 1**.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 - Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến:
Giao hàng từng đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện C Đà Nẵng, thời gian giao hàng dự kiến: 72 giờ và trường hợp khẩn cấp: 24 giờ.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không.
 - Thanh toán theo từng đợt.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu **Phụ lục 2** đính kèm thông báo này.
b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4, mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, VTTB



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thiện

PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 13/40 /BVC-VTTB, ngày 30 tháng 8 năm 2023
của Bệnh viện C Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Qui cách
1	Dịch lọc thận A	Thành phần trong 10lít dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.6,76g, - Kali clorid: 52,19g, - Calci clorid.2H2O: 77,19g, - Magnesi clorid.6H2O: 35.86g, - Acid aCE bằng: 63.05g, - Dextrose monohydrat: 385,00g - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít; đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	644	can	10lít
2	Dịch lọc thận B	Thành phần trong 10lít dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 840.0g, - Dinatri edetat. 2H2O: 0,5g - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít; đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	1.230	can	10lít
3	Kim luân động tĩnh mạch dùng cho thận nhân tạo (AVF) 16G hoặc tương đương	- Kim chạy thận nhân tạo, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không gỉ, Ống bằng nhựa PVC y tế. - Thành kim mỏng và tráng Silicon để tăng sự bền - 1 kẹp khoá - Đầu nối phù hợp với các bộ dây chạy thận. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	3.500	cái	
4	Bộ dây máu chạy thận nhân tạo có túi báo áp lực 8.25mm	Phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận nhân tạo. Dây máu động mạch và tĩnh mạch có công lấy mẫu máu được mã hóa bằng màu sắc. Công lấy mẫu được làm bằng vật liệu không có latex. Chất liệu: Nhựa PVC y tế không gây kích thích cho cơ thể, ống linh hoạt để lưu thông máu trôi chảy. Thành trơn, không gây hại cho tế bào máu của bệnh nhân -Đầu nối có kim rút để kết nối và ngắt kết nối dễ dàng. - Đường kính dây bơm 8x12x350mm -Dây động mạch, dây tĩnh mạch đường kính 4.5*6.8mm -Dây truyền dịch: 1500 mm -Túi nước thải 2000ml - Có kẹp, túi pillow Thể tích làm đầy : 155ml ± 15ml Tiệt trùng ETO Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	2.508	bộ	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Qui cách
5	Quả lọc thận nhân tạo	Diện tích màng: $\geq 1.5m^2$ * Hệ số siêu lọc: 71ml/s; (2556 (ml/giờ/100mmHg)) *Thể tích mỗi 88 * Công nghệ vi sợi sóng, chất liệu màng: Polysulfone * Hệ số thanh thải: + Tốc độ 200ml/phút: Urea 197, Creatinine 185, Phosphate 181, Vitamin B12 155 + Tốc độ 300ml/phút: Urea 267, Creatinine 250, Phosphate 235, Vitamin B12 175 + Tốc độ 500ml/phút: Urea 320, Creatinine 295, Phosphate 265, Vitamin B12 190 * Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC Tiệt trùng bằng tia Gamma.	54	quả	
6	Bộ catheter động mạch ECMO	Bộ catheter động mạch ECMO. Phủ chất chống đông máu Bioline. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. Đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm. Chất liệu: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ. Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP	02	Bộ	
7	Bộ catheter tĩnh mạch ECMO	Bộ catheter tĩnh mạch ECMO. Phủ chất chống đông máu Bioline. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. Đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm. Chất liệu: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ. Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP	02	Bộ	
8	Chỉ Mersilk 2/0 kim tam giác, kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương	Chỉ Mersilk 2/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	24	Sợi	
9	Chỉ Mersilk 3/0 kim tam giác, kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương	Chỉ Mersilk 3/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	48	Sợi	
10	Giấy siêu âm trắng đen	Giấy in siêu âm đen trắng. Sử dụng cho máy in nhiệt của các máy nội soi, siêu âm. Kích thước: 110mm x 20m	150	Cuộn	
11	Kim chọc dò tủy sống số 18 đến số 29	Kim chọc tủy sống số 18G - 29G, Đường kính kim 3,5".	400	Cây	
12	Túi đựng nước tiểu	Túi đựng nước tiểu 2500ml. Không độc hại, đạt độ dẻo, dai, không bị rách thủng. Có vạch chia đơn vị tính.có bao chứa an toàn đi kèm.	1.250	Túi	

Tổng cộng 12 danh mục.

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1340/BVC-VTTB ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện C Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số/BVC-VTTB ngày ... tháng ... năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các danh mục Vật tư tiêu hao Y tế, như sau:

1. Báo giá các danh mục Vật tư tiêu hao y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	..									
2	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các danh mục Vật tư tiêu hao y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [Ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

... , ngày ... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)